

YHTEENVETO

Asiantuntijat arvioivat Hoivita hengitystiheyden mittarin (CE1 lääkinnällisen laitteen hyväksyntä) soveltuvan pidempiaikaisten potilaiden hengitystiheyden seurantaan esimerkiksi yöllisessä seurannassa tai muissa tilanteissa, jolloin sitä osastohoidon aikana seurataan. Akuuttihoitotyössä mittarilla ei sellaisenaan saavuteta hoitotyölle lisäarvoa vaan se vaatisi muutoksia ratkaisuun. Nopeaan käyttöön esimerkiksi NEWS-pisteytysten seurantaan osastohoitotyössä mittarin tulisi olla helposti ammattilaisten saatavilla (samassa tornissa muiden mittareiden kanssa) kalibrointi tulisi onnistua nopeammin kuin tämänhetkiselä versiolla. Ratkaisun soveltuvuus ja käytettävyys on testattu OuluHealth Labs- laatukriteerien mukaisesti ja yritys voi käyttää Testattu-leimaa ratkaisun yhteydessä.